

Magnetpulverprüfung

Messgerät für:

- Impulsprüfströme
- Impulsprüffeldstärke
- Restfeldstärke



Messgerät MULTIPULS-1001

Zur präzisen Erfassung der relevanten Messwerte bei der Magnetpulverprüfung und bei der Entmagnetisierung mit einem Prüfgerät MULTIPULS-1003 mit Gleichstromimpulsmagnetisierung

Trägheits- und induktionsfreie Messung von:

- Impulsprüfstrom
- Impulsfeldstärke
- Restfeldstärke
- Kein Nullabgleich erforderlich
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Anschluss an einen 2-Kanalspeicheroszillographen und Plotter möglich